



KUNDENINFORMATION

Hamburg, 09.09.2022

Mikrobac forte – Wichtige Information zur Wirksamkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

der seit vielen Jahren im professionellen Einsatz bewährte Flächen-desinfektionsreiniger Mikrobac forte wird, basierend auf aktuellen Normen und Prüfmethoden, stetig begutachtet. Bei der Prüfung nach EN 14348 konnte (im Gegensatz zu früheren Prüfungen nach DGHM-Methode) die tuberkulozide Wirksamkeit nicht vollumfänglich nachgewiesen werden, weshalb wir auf diese Auslobung künftig verzichten.

Was bedeutet das für Sie als langjährigen Nutzer dieses Produktes?

Die bakterizide, levurozide, begrenzt viruzide und begrenzt viruzid PLUS-Wirksamkeit ist unverändert gegeben, so dass Mikrobac forte weiterhin für die Routinedesinfektion eingesetzt werden kann.

Auf die Auslobung einer tuberkuloziden Wirksamkeit wird bei Mikrobac forte zukünftig verzichtet. Zwar besteht eine grundsätzliche Wirksamkeit der Formulierung gegenüber Tuberkuloseerregern: Testungen nach EN 14348 ergaben für Mikrobac forte eine Keimreduktion, allerdings war diese nicht hoch genug, um der Norm zu genügen.

Bei der individuellen Risikobewertung ist zu berücksichtigen, dass die Übertragung von Tuberkulose primär aerogen erfolgt. Die klinische Relevanz der routinemäßig durchgeführten Flächendesinfektion zur Infektionsprophylaxe von Tuberkulose erscheint gering (*Wischnewski und Mielke (RKI) in Hyg Med 31, 2006*).



KUNDENINFORMATION

Sofern in Ihrer Einrichtung eine tuberkulozide Wirksamkeit für die Routinedesinfektion erforderlich ist, wechseln Sie gegebenenfalls auf ein nach EN 14348 wirksames Flächendesinfektionsmittel, wie Dismozon plus bzw. für patientennahe Flächen auf Bacillol 30 Sensitive oder Bacillol AF.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser HARTMANN SCIENCE CENTER.

Freundliche Grüße

BODE Chemie GmbH

Christian Eckardt
Senior Product Manager
Global Marketing

Carina Westerburg
Medical Information Managerin
Quality Assurance

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Die Aussagen in dem Dokument entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Zukünftige Änderungen sind möglich, ohne dass Sie davon in Kenntnis gesetzt werden.